



CENTRO NEUROLESI
BONINO PULEJO
IRCCS MESSINA

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

Titolo dell'appalto

Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva, relativo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di

- **n. 1 bagno assistito – mod. di riferimento Arjo**

Il nome dell'operatore economico individuato quale distributore esclusivo in Italia del succitato prodotto è: Arjo Italia S.p.A., Via Giacomo Peroni 400-402, 00131 Roma; P.I. 04749361004, C.F. 05503160011; tel: 06 87426211; pec: amministrazionearjohuntleigh@legalmail.it

Informazioni complementari

Obiettivo del presente attivo è quello di verificare tramite l'apposita indagine se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato dall'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino-Pulejo", fornitori del prodotto in oggetto, con caratteristiche simili o analoghe con medesima prestazionale e/o migliorativa, anche in relazione ai relativi costi.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare a questo IRCCS l'interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara per la fornitura di n. 1 bagno assistito entro e non oltre il 18/05/2022 alle ore 12:00 dichiarando la disponibilità di fornire un bagno assistito con le caratteristiche richieste e proponendo a corredo documentazione tecnica comprovante la rispondenza delle macchine offerte alle caratteristiche richieste.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec: provveditorato@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it e dovrà recare la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse per la fornitura di n. 1 bagno assistito".

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l'impresa indicata costituisca l'unico fornitore del prodotto descritto, questo IRCCS si riserva, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la volontà di stipulare un contratto per l'affidamento della fornitura con l'operatore economico che, allo stato attuale, risulta essere l'unico fornitore del prodotto descritto.



F.to
Il Direttore U.O.C. Provveditorato ff
(Dott.ssa Avv. Maria Felicita Crupi)

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

La fornitura e l'installazione di n. 1 bagno assistito così composto:

n. 1 vasca con le seguenti caratteristiche:

- guscio vasca in vetroresina rinforzata in poliestere
- pannello autoportante in polietilene dotato di triplo miscelatore termostatico a pressione bilanciata
- tasti comando funzione del pannello di tipo soft touch
- preimpostazione temperatura acqua a regolazione digitale
- sistema di sollevamento elettrodinamico
- doccetta paziente e sanificazione con impugnatura complete di valvola aperto chiuso
- sistema di sanificazione automatico con tempo di contatto preimpostato a pescaggio diretto con indicatore esterno percentuale a sensore livello sanitizzante
- sistema di sanificazione protetto (doccetta e contenitore ricaricabile sono alloggiati all'interno del pannello)
- dispenser liquidi programmato (shampoo, bagnoschiuma etc...) a comando elettrico
- contenitori liquidi ricaricabili alloggiati all'interno del pannello
- autoriempimento a 3 livelli con possibilità di aggiunta di acqua
- abbassamento d'emergenza in caso di mancanza di energia elettrica
- tripla protezione antiscottature
- termometro digitale per controllo temperatura acqua
- dispositivo di sicurezza in caso di pressione elevata
- appoggia piedi inseribile in 4 scanalature prestampate
- striscia protettiva antiurto in poliuretano lungo tutto il perimetro del guscio
- troppo pieno
- cuscino asportabile
- doccetta paziente aggiuntiva (accessorio)
- lunghezza guscio mm 1900
- larghezza guscio mm 765
- regolazione in altezza d mm 600 e mm 1050
- pressione idrica richiesta 2,5 – 6 bar
- istruzioni in italiano e video dimostrativo

n. 1 sollevatore igienico con barella aventi le seguenti caratteristiche:

- Sistema con barella a corpo unico in poliuretano
- 2 pack di batteria a durata doppia e relativo carica batterie

- Freno delle ruote ad azionamento elettrico
- Regolazione elettrica dello schienale
- Regolazione elettrica dell'altezza
- Spondina per il contenimento del paziente
- Impugnatura ergonomica richiudibile
- Appoggiatesta e supporto gambe
- Capacità di sollevamento non inferiore a kg 160
- Lunghezza totale sollevatore non superiore a mm 1950
- Massima altezza sollevatore della barella minimo mm 1050
- Altezza minima da terra della barella minimo mm 500
- Larghezza massima della barella minimo mm 580
- Durata batteria – per almeno 1415 cicli completi di lavaggio
- Attuatore con funzionamento a 24 Volt DC e 4 hA
- Marchio CE e Dispositivi medici direttiva 93/42 entrata in vigore obbligatoriamente dal 14/06/1998 con allegata autodichiarazione del fabbricante evidenziando la classe di rischio

Contatti telefonici

Dott. Fabrizio Calorenni 090 60128562

Dott. Antonio Marzo 090 60128528

Dott.ssa Daniela Crimaldi 090 60128564

Sig. Domenico Morano 090 60128527

Email

ufficio.provveditorato@irccsme.it